

PYTANIE 5. dot. części 4, poz. 15:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Mikrometr wewnętrzny:

Zakres: (5-30)mm

- Działka elementarna: 0,01mm
- Dokładność min. $\pm 7 \mu\text{m}$
- Powierzchnie pomiarowe: z węgliku spiekanego
- W zestawie: pudełko, klucz, pierścień ustawczy.

ODPOWIEDZ: akceptujemy powyższy opis